自家用農産物等放射性物質検査結果

H30.7.1発行

検査センター･春日診療所：測定日 平成30年5月1日～5月25日
地区公民館等：測定日 平成30年5月1日～5月26日

記載上の注意点

○ 測定値欄には、セシウム134と137の測定値を記載しています。
注１)「測定下限値以下」、および｢合計値が２５以下｣のものには「ー」と記載しています。(「測定下限値」とは測定できる限界の値をいいます。)
注２)「＜○○」とある核種(○○は測定下限値の値)は検出されませんでしたが、もう片方の核種の測定値(または測定下限値)と合計すると２５を超えてしまうものです。
注３)春日診療所にて測定を行ったものについては、機器の仕様上、セシウム134・137の合算値を表記しております。
注４)合計値に「●●以下」と記載しているものは、セシウム134または137のいずれかが測定下限値以下であることを示します。
注５)小数点以下の値は端数処理しています。依頼の無かった食品群は省略しています。
○ ※印があるものは制限品（出荷・摂取・収穫等）となっています。
○ ＊印があるものは他市町村で制限品（出荷・摂取・収穫等）となっています。
○ 公表を希望しない検体や容量不足となった検体の掲載は除いております。
○ 品目欄に【加工品】と記載しているものは、あく抜きや加熱等の処理が行われた品目をいい、未処理の状態と区別しています。
(制限の種類や下記以外の品目については、厚生労働省ホームページ「原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等」をご参照ください。)

その他

○ 測定値が基準値を超えた場合は、摂取をお控えくださるようお願いします。
○ 町の検査結果は、販売等の流通を目的とした各種証明（出荷、直売等）には使用しないでください。

●加工品　22件		採取地（産地）		測定値（Bq/kg）			検査所名
No.	品目	大字	字	セシウム134	セシウム137	合計	
1	うど　＊　（あく抜き）	相馬郡	飯舘村	15	138	153	山木屋
2	ぜんまい　※（ゆで）	東福沢	羽山	—	52	52	福沢
3	たけのこ　※（はちく・ゆで）	東福沢	杉ノ内	—	—	—	福沢
4	たけのこ　※（ゆで）	秋山	ー	—	—	—	福沢
5		飯坂	—	—		—	春日
6		大綱木	萸作	1	4	—	大綱木
7		小島	ー	9	79	88	福沢
8		小神	城ノ内	30		30	春日
9		小神	城ノ内	20		—	春日
10		羽田	—	—		—	春日
11		旧町内	段ノ腰	—	14	—	福沢
12		郡山市産	—	—		—	春日
13		福島市	飯野町	7		—	春日
14		西福沢	茶畑山	—		—	春日
15		伊達市	月舘町	55		55	春日
16	ふき　＊（ゆで）	西福沢	ー	—	—	—	福沢
17	わらび　※（あく抜き）	飯坂	—	9		—	春日
18		大綱木	—	—		—	春日
19		大綱木	—	—		—	春日
20		相馬郡	飯舘村	10	92	101	山木屋
21		伊達市	月舘町	19		—	春日
22	わらび　※（ゆで）	西福沢	ー	—	—	—	福沢

●山菜類　4/15件		採取地（産地）		測定値（Bq/kg）			検査所名
No.	品目	大字	字	セシウム134	セシウム137	合計	
1	うど　＊	大綱木	—	—		—	春日
2		小綱木	東大柴	36		36	春日
3		山木屋	ー	—	—	—	山木屋
4	ぜんまい　※	東福沢	桑ノ久保	15	100	115	福沢

自家用農産物等放射性物質検査結果

H30.7.1発行

●山菜類　11/15件		採取地（産地）		測定値（Bq/kg）			検査所名
No.	品目	大字	字	セシウム134	セシウム137	合計	
5	たけのこ　※	小神	久根ノ内	—	23	—	福田
6		小神	久根ノ内	6	50	55	福田
7		羽田	—	—	—	—	福田
8		羽田	—	—	—	—	福田
9		羽田	—	—	—	—	福田
10		羽田	—	—	—	—	福田
11	ふき　＊	小綱木	—	—		—	春日
12		小綱木	東大柴	—		—	春日
13		小綱木	東大柴	—		—	春日
14	よもぎ	西福沢	高田	—	—	—	福田
15		東福沢	—	—		—	春日

●その他　4件		採取地（産地）		測定値（Bq/kg）			検査所名
No.	品目	大字	字	セシウム134	セシウム137	合計	
1	ハチミツ	東福沢	双六	15	216	230	山木屋
2		山木屋	大洪	12	228	239	山木屋
3		山木屋	蕨平	—	105	105	山木屋
4		山木屋	蕨平	—	80	80	山木屋

●肉類　2件		採取地（産地）		測定値（Bq/kg）			検査所名
No.	品目	大字	字	セシウム134	セシウム137	合計	
1	イノシシ　※	飯坂	堀坂	570		570	春日
2		山木屋	蕨平	390	3820	4210	山木屋

●野菜類　1件		採取地（産地）		測定値（Bq/kg）			検査所名
No.	品目	大字	字	セシウム134	セシウム137	合計	
1	くきたち菜	東福沢	糠戸内	—		—	春日

検査所名	検査件数	検査所名	検査件数
大綱木公民館	1件	福沢	8件
小島公民館	0件	検査センター	0件
福田公民館	7件	春日診療所	20件
山木屋	8件		

〈自家用農産物等放射性物質検査〉

○測定機器：NaI(Tl)又はCsI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ（簡易分析装置）

○測定時間：下記の測定下限値が得られる測定時間(20～60分程度) ※非破壊式検査は１０分程度

○測定核種及び測定下限値

核種名	略称	測定下限値	
セシウム134	Cs-134	10程度	25以下
セシウム137	Cs-137	10程度	

（単位：Bq/kg）

○食品衛生法上の基準値

食品群	基準値
一般食品	100
乳児用食品	50

（セシウム合計値 単位：Bq/kg）

【飲用水〈井戸水等〉放射性物質検査結果について】

6月1日現在、検査依頼品において放射性セシウム134及び137は検出されておりません。

❁川俣町では井戸水等の飲用水検査はゲルマニウム半導体検出器による検査を行っています❁

●基準値：飲用水　10Bq/kg　●測定下限値：セシウム134・137合計　5Bq/kg以下

川俣町役場　原子力災害対策課住民支援係（電話番号：024-566-2111 内線：1703・1704）